

LE LABORATORIO ENOLOGICO DEMO S.r.l. Via dei Vigneti 2 · 25030 Erbusco (BS) · analisi chimiche e microbiologiche Cap. soc. € 20.000,00 i.v. · REA BS-000000 · C.F. e P.IVA IT00000000006 (dati di esempio)		RAPPORTO DI PROVA Analisi chimiche su vino · Mod. RP-01		
NUMERO		DATA	PAG.	
26/1187		24/09/2026	1 di 1	
COMMITTENTE		CAMPIONE		
CANTINA DEMO soc. agr. Via delle Vigne 1 25030 Adro (BS)		Vasca V06 · Nebbiolo 2024 Botte grande in rovere, 30 hl Vino in affinamento		
N. ACCETTAZIONE	PRELEVATO DA	DATA PRELIEVO	DATA RICEVIMENTO	
A-26-4412	Committente	22/09/2026	22/09/2026 16:10	
CONTENITORE	CONDIZIONI	INIZIO PROVE	FINE PROVE	
Bottiglia vetro 0,75 l	Integro, sigillato	23/09/2026	24/09/2026	

RISULTATI					
PARAMETRO	METODO	U.M.	RISULTATO	INCERTEZZA	LQ
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A	% vol	13,9	± 0,1	0,5
Acidità totale (come ac. tartarico)	OIV-MA-AS313-01	g/l	5,6	± 0,1	0,5
Acidità volatile (come ac. acetico)	OIV-MA-AS313-02	g/l	0,92	± 0,05	0,05
pH	OIV-MA-AS313-15		3,58	± 0,02	
Anidride solforosa libera	OIV-MA-AS323-04B	mg/l	12	± 2	5
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B	mg/l	78	± 5	10
Zuccheri riduttori	OIV-MA-AS311-01A	g/l	1,2	± 0,2	0,5
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B	g/l	29,4	± 0,6	1

OSSERVAZIONI
Acidità volatile in aumento rispetto al prelievo del 05/09/2026 (0,61 g/l). Si consiglia di verificare la colmatatura della botte e di ripetere l'analisi entro 15 giorni. Anidride solforosa libera bassa per un vino in affinamento in legno.
DICHIARAZIONI
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta del laboratorio. LQ = limite di quantificazione. Incertezza estesa con fattore di copertura k=2, livello di fiducia 95%.

Il campione verrà conservato per 30 giorni dalla data di emissione del rapporto, salvo diversa richiesta del committente. Reclami sui risultati vanno presentati per iscritto entro 15 giorni. Metodi OIV nella

versione vigente alla data della prova. Il laboratorio garantisce la riservatezza dei dati del committente ai sensi del Reg. UE 2016/679.

IL TECNICO DI LABORATORIO	IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO
	LABORATORIO ENOLOGICO DEMO · ERBUSCO

